Fapa s.a.s.
Via Pascoletto, 20 24040 Lallio (BG)
Tel. 035.6221219 Fax. 035.4372675
fapa@fapa.bg.it
www.fapa.bg.it

AGGLUTINOSCOPIO

MOD. 705

COD. 29980001

CODICE CIVAB TILASA75

Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-010.

DESCRIZIONE

L'agglutinoscopio mod. 705 è costituito da un corpo basculante in acciaio con verniciatura in polvere antiacida e da una lastra in resina acrilica per una diffusione uniforme della luce. Con il regolatore è possibile impostare l'intensità della luce e della temperatura. Termometro tarato a 37° C.
Interruttore di accensione luminoso.

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- Dimensioni piano lavoro LxP: 250 x 85 mm.
- Dimensioni d'ingombro LxPxA: 360 x 180 x 150 mm.
- Peso: 3 Kg.

DATI ELETTRICI

- Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz.
- Assorbimento: 40 W (n°2 lampade 1x25 W + 1x15 W)
- Fusibili di protezione: 2 x 0.5 A F (5 x 20) mm.
- Presa di collegamento rete: 10 A



Pos. 1 Interruttore generale luminoso / Main switch bright
Pos. 2 Regolatore luminosità / Light regulator
Pos. 3 Fusibili di protezione / Overload fuses
Pos..4 Termometro / Thermometer
Pos..5 Piano in resina acrilica / Acrylic resin plate

Fapa s.a.s.
Via Pascoletto, 20
24040 Lallio (BG)
Tel. 035.6221219
Fax. 035.4372675
fapa@fapa.bg.it
www.fapa.bg.it