



FAPA sas
Via Pascoletto 20-24040 LALLIO (BG)
tel. 035 622 12 18
fax 035 437 26 75
info@fapa.bg.it

OPTIONAL MACCHINE



PAD

Pompa booster per acqua demineralizzata non in pressione. Permette l'alimentazione della macchina con acqua demineralizzata prelevata da un serbatoio non in pressione posizionato ad altezza minima da terra di 85 cm.



PAD 2

Pompa booster per acqua demineralizzata non in pressione. Permette l'alimentazione della macchina con acqua demineralizzata prelevata da un serbatoio non in pressione posizionato a terra.



AD9

Pompa peristaltica aggiuntiva per il dosaggio di additivi liquidi (antischiuma, disinfettanti, inibitori, soda caustica) completa di sensore di livello. La gestione della quantità di additivo erogato dalla pompa è direttamente gestito dal microprocessore dell'apparecchiatura. Versioni disponibili: **AD10/AD11/AD12**



WD-VDS

Valvola doppio scarico che permette di separare e canalizzare l'acqua di scarico inquinata dei primi lavaggi dall'acqua dei risciacqui finali. Questo dispositivo per la separazione degli scarichi è composto da valvole da 1 e 1/2" con membrana in viton e apertura valvola comandata tramite il microprocessore della macchina.



CP3050

Mobiletto esterno porta taniche o demineralizzatore. Può essere installato a fianco delle lavavetriere GW3060 per l'alloggiamento delle taniche di detergente o colonne di demineralizzazione WP3000.